

Інформація щодо проведення закупівель

№п/п	Предмет закупівлі	Очікувана вартість	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	
1.	33160000-9 Устаткування для операційних блоків	999 000,00	<p>BOWA ARC 400 - нове покоління електрохірургічних апаратів для монополярної і біполярної електрохірургії з технологією лігування судин.</p> <ul style="list-style-type: none">- Технологія сенсорної панелі - ваш асистент в операційній, дозволяє дотиком пальця управляти всіма функціями апарату ARC 400 структура меню зазвичай обмежена двома рівнями, що економить ваш час і сили, завдяки цьому хірургічна бригада завжди тримає під контролем все, що відбувається в операційній.- Система COMFORT - це контроль, якість і безпека, завдяки автоматичному розпізнаванню підключених інструментів- LIGATION - професійне лігування судин з інструментами, такими як TissueSeal® PLUS для- відкритих хірургічних операцій і ERGO315® для лапароскопії, внаслідок висушування і денатурації колагену і еластину і спаювання шарів, забезпечує надійну і безпечну герметизацію великих судин діаметром до 7 мм.- Створення та налаштування до чотирьохсот індивідуальних програм для швидкого початку роботи.- Збереження індивідуальних налаштувань на флеш накопичувач з можливістю перенесення на інші апарати в операційних.- Можливість підключення трьох біполярних інструментів та двох монополярних з і зручним керуванням від педалі без участі молодшого медичного персоналу.- Підвищення ефективності в операційній за допомогою ZAP-режиму. Хірург під час операції самостійно перемикається між двома встановленими програмами простим натисканням помаранчевої кнопки на ножному перемикачі або кнопок на тримачі, без допомоги нестерильного персоналу.- Можливість підключення блоку аргоноплазмової коагуляції для безконтактного різання та коагуляції без прилипання інструменту або склеювання паренхіматозної тканини, та швидка коагуляція великих поверхонь, відсутність карбонізації- Біполярна резекція за допомогою ARC 400 відрізняється виключно надійним різанням і високою швидкістю резекції, зниження роздратування запирательного нерва і	Відкриті торги

			<p>біполярна технологія значно підвищують безпеку операцій в цій області.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Спеціальні режими GastroCut для ендоскопічного доступу дозволяють досягти найкращих результатів в поліпектомії і папіллотомії та при ендоскопічній резекції за допомогою електродів-петель або електродів ножів. - Режим сухого різання – дозволяє швидко та зручно робити розсічення тканин з одночасною коагуляцією дрібних судин. - SimCoag - синхронної роботи двох хірургів, двома біполярними інструментами з незалежними налаштуваннями. - Система ARC Control – автоматично підлаштовує потужність монополярного різання в залежності від типу тканини для швидкого та комфортного різання з необхідним ефектом. <p>Операції що проводяться малоінвазивними технологіями виконуються з використанням базового набору обладнання, без якого маніпуляція не може бути проведена. Кількість обладнання розраховується на одну лапароскопічну стійку.</p> <p>Загальний термін придатності повинен бути не менше 80% часу від всього терміну придатності, який вказаний на заводській упаковці товару та у сертифікаті якості від виробника заводу. Продавець повинен поставити Покупцю товар якості якого відповідає стандартам та технічним умовам заводу-виробника, нормативно-технічної документації і підтверджується сертифікатом, що видається підприємством - виробником товару. Продавець гарантує якість товару протягом рекомендованого строку експлуатації за умови належного зберігання та використання товару</p> <p>Згідно об'єму необхідного товару, та комерційних пропозицій .</p>	
2.	90510000-5 Утилізація/вид алення сміття та поводження зі сміттям	153 600,00	<p>Закупівля послуг з вивезення та знешкодження великогабаритних відходів здійснюється з метою забезпечення належного санітарного утримання території центру.</p> <p>Обсяг закупівлі розраховано в межах кошторисних призначень на 2021 рік та згідно потреби закладу.</p>	Відкриті торги

			<p>Критеріями якості надання послуг є дотримання вимог законодавства, зокрема Закону України «Про відходи», стандартів, норм, порядків і правил у сфері поводження з відходами.</p> <p>Відповідно до проведеного моніторингу цін.</p>	
3.	50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки	429 400,00	<p>Згідно інструкції з експлуатації річне технічне обслуговування автоклавів (стерилізатори парові Nuve OT-570 у кількості 2 шт., ГПД-560-1 шт., ГПД-400 – 1 шт.), має проводитись щорічно. Для постійного контролю за поточним станом стерилізаторів парових, необхідні щомісячний контроль і перевірка працездатності працюючого обладнання з усуненням дефектів у разі їх появи.</p> <p>Закупівля послуг : відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК021:2015 - 50530000-9– послуги з ремонту та технічному обслуговуванню котлів (послуги з технічного обслуговування автоклавів Nuve OT-570 – інв.. номера - 10450422, 104504449, 10450453., послуги з технічного обслуговування автоклавів ГПД-560- інв.. номер –170726, ГПД-400 – інв. номер – 01370529).</p> <p>Послуги повинні надаватися сертифікованим інженерним складом постачальника послуг. Якість робіт повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Виконавець гарантує належну якість Послуг, що надаються на умовах Договору.</p> <p>Згідно об'єму необхідних робіт та цін на замінені деталі (технічна специфікація).</p>	Відкриті торги
4.	33140000-3 Медичні матеріали	875 000,00	<p>Процедура закупівлі «Медичні матеріали» код ДК 021:2015 – 33140000-3, а саме: шприц інжектор.</p> <p>Шприц інжектор призначений для внутрішньовенного введення рентген контрастної речовини при проведенні СКТ діагностичної процедури, що дає змогу краще візуалізувати патологічні вогнища в організмі.</p>	Відкриті торги

			<p>нформацію щодо обсягів витратних медичних матеріалів для введення контрастних засобів з метою обстеження онкологічних хворих підготовлено згідно з визначеною 100% щорічною потребою, аналізом залишків, витрат, очікуваними поставками та виділеним бюджетним фінансуванням до кінця 2021 року.</p> <p>Шприц-інжектор стерильний з поєднуючою магістраллю для введення рентген контрастної речовини (типу HS-MS200, CT-200-MA) або еквівалент сумісний з інекційною системою, для інжектора Medrad моделі Vistron CT</p> <p>Гарантійний лист щодо строку придатності товару, який складатиме не менше 75 % загального терміну придатності на момент поставки. Загальний термін придатності 3 (три) роки.</p> <p>Відповідно до моніторингу цін.</p>	
5.	71620000-0 Аналітичні послуги	311 174,00	<p>1.1. Закупівля Послуги: згідно з ДК 021-2015 код № 71620000-0 “Послуги з технічного аналізу чи консультативні послуги”(Повірка ЗВТ згідно специфікації).</p> <p>1.2. Повірка медичної техніки проводиться щорічно на відповідність технічним умовам виробника з метою встановлення діагнозу і в подальшому призначення правильного лікування пацієнтів.</p> <p>Для забезпечення безпечного та кваліфікованого надання медичної допомоги онкохворим усе обладнання, яке використовується у лікувальних та діагностичних процедурах, повинне проходити щорічну повірку на відповідність технічним умовам виробника.</p> <p>Послуги на виконання робіт з повірки обладнання повинні надаватися спеціалістами, що мають відповідні сертифікати, що підтверджують сферу їх діяльності, а також наявність повіреного обладнання, яким будуть повіряти прилади (топто відповідним чином оформлені вторинні і робочі еталони).</p> <p>Згідно об’єму очікуваних робіт.</p>	Відкриті торги

6.	50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з річного технічного обслуговування протипожежного обладнання будівель стаціонару, поліклініки, радіологічного корпусу, господарського корпусу і хоспісу КНП «КМКОЦ»).	408 600,00	<p>З метою виконання вимог щодо недопущення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та виконання Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року за №1417, усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи.</p> <p>Для підтримання експлуатаційної придатності наявних СПЗ необхідні щомісячний контроль і перевірка працездатності працюючого обладнання з усуненням дефектів у разі їх появи. Під тримання експлуатаційної придатності СПЗ повинно проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» затверджені наказом Мінрегіону від 13.11.2014 року за №312.</p> <p>Виконавець робіт протипожежного призначення повинен мати Ліцензію, видану Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України, яка підтверджує право на виконання даного виду робіт.</p> <p>Послуги повинні надаватися сертифікованим інженерним складом Виконавця. Якість робіт повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Виконавець гарантує належну якість Послуг, що надаються на умовах Договору.</p> <p>Згідно об'єму необхідних робіт та цін на замінені деталі (технічна специфікація).</p>	Відкриті торги
----	--	------------	---	----------------

Голова тендерного комітету

О.М.Клюсов

Секретар

О.М.Клименко